

医療機関各位

グルコースモニタシステム「FreeStyleリブレ 2」
ロット番号表示形式および個装箱デザイン変更のご案内

謹啓

時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。また、平素より格別のご厚誼を賜り御礼申し上げます。

このたび、グルコースモニタシステム「FreeStyle リブレ 2」（承認番号：30300BZX00119000）の個装箱デザインおよび表示内容の一部を変更いたしましたのでご案内申し上げます。

なお、本変更による製品の性能・品質への影響はございません。あわせて、当面の間は変更前の個装箱の製品が市場に流通する場合がございますので、あらかじめご了承くださいませようお願い申し上げます。

今後とも弊社製品をご愛顧賜りますよう、何卒よろしくお願い申し上げます

謹白

記

【変更内容】

- ① センサーロット番号表示形式変更
- ② 個装箱デザイン変更

【該当製品】

製品名	製品番号	変更開始ロット	出荷予定時期
FreeStyle リブレ 2 センサー	71998-01	392000007	2026 年 10 月上旬
FreeStyle リブレ 2 Reader	71955-01	MPGF234T	2026 年 9 月下旬

お問い合わせ窓口

お客様相談窓口 0120-37-8055

① センサーロット番号表示形式の変更

変更前	変更後
7 から始まる 7 桁の数字	3 から始まる 9 桁の数字


② 個装箱デザイン変更

	FreeStyle リブレ 2 センサー個装箱	FreeStyle リブレ 2 Reader 個装箱
前面		
背面		

お問い合わせ窓口

お客様相談窓口 0120-37-8055

ADC-2698059 v2.0 09/26

	FreeStyle リブレ 2 センサー個装箱	FreeStyle リブレ 2 Reader 個装箱
上 面		
右 側 面		
左 側 面		

以上

お問い合わせ窓口

お客様相談窓口 0120-37-8055

ADC-2698059 v2.0 09/26